

## 郑州大学第二附属医院 单一来源采购论证意见表

采购项目名称:	郑州大学第二附属医院西门子 SOMATOM Definition Flash 双源 CT 球管采购
采购单位:	郑州大学第二附属医院
论证时间:	2020 年 12 月 8 日星期
论证地点:	经八路 29 号建设科技大厦院行政楼六楼会议室

### 一、单一来源采购情况说明

#### 1. 1 拟采购货物或服务说明:

郑州大学第二附属医院西门子 SOMATOM Definition Flash 双源 CT。其核心部件球管发生故障，经专业维修人员检测，需更换球管。

#### 1. 2 单一来源原因及相关说明:

球管是 CT 的核心部件，不是单独存在能使用的设备，必须通过国家食品药品监督管理局球管与 CT 整机的匹配性测试检验，才能保证安全、高效和更佳的图像质量。现拟采购西门子原装球管，原因有：1、西门子原厂球管属于不可替代的专利、专有技术有效期内的产品；2、第三方球管不能提供与西门子 CT 整机匹配性测试报告。3、保证安全、有效地为患者提供诊疗服务，要求供应商有稳定的球管库存储备。

## 1. 3 拟成交供应商名称、地址

供应商名称:	西门子医疗系统有限公司
供应商地址:	中国(上海)自由贸易试验区英伦路38号五层516室

## 二、单一来源论证委员会论证意见:

单一来源论证委员会对相关供应商因专利、专有技术等原因是否具有唯一性的具体论证意见。

郑州大学第二附属医院西门子 SOMATOM Definition Flash 双源 CT 球管为西门子医疗系统有限公司产品独有，符合采购要求，经专家讨论，一致同意。

## 三、单一来源论证委员会成员签字:

同意或者不同意	科室	姓名
同意	放射科	孙伟
同意	放射科	边伟东
同意	放射科	陈君
同意	装备科	杨朝阳