

郑州大学第二附属医院

单一来源采购论证意见表

采购项目名称:	郑州大学第二附属医院日立 64 排 CT 球管采购
采购单位:	放射科 CT 室
论证时间:	2020 年 12 月 10 日 星期四
论证地点:	经八路 29 号建设科技大厦院行政楼六楼会议室
一、单一来源采购情况说明	
1. 1 拟采购货物或服务说明:	
郑州大学第二附属医院放射科 CT 室日立 64 排 CT 球管发生故障，经专业工程师检测，球管损坏，需更换日立 64 排 CT 球管壹套。	
1. 2 单一来源原因及相关说明:	
<p>球管属于 CT 设备的最核心部件，不是一种单独存在可以使用的设备，必须通过国家食品药品监督管理局进行的球管与 CT 整机的匹配性测试检验，才能保证使用更安全、高效且可提供更佳的图像质量。现拟采购日立 64 排 CT 原装球管，原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、日立原厂球管属于不可替代的专有技术和专利有效期内的产品； 2、第三方球管无法提供与日立 64 排 CT 整机匹配性的检验报告； 3、为保证给广大患者提供安全有效的诊疗服务，保障医务工作者的安全，要求供应商提供日立 64 排 CT 原装进口球管； 4、上海熙泉医疗器械销售中心是日立 64 排 CT 球管河南省唯一授权销售企业。 	

1.3 拟成交供应商名称、地址

供应商名称:	上海熙泉医疗器械销售中心
供应商地址:	上海市宝山区月罗路 559 号 W-955 室

二、单一来源论证委员会论证意见:

单一来源论证委员会对相关供应商因专利、专有技术等原因是否具有唯一性的具体论证意见。

郑州大学第二附属医院日立 64 排 CT 球管符合采购要求, 经专家讨论, 一致同意进行单一来源采购。

三、单一来源论证委员会成员签字:

同意或者不同意见	科室	姓名
同意	放射科	孙军
同意	放射科	朱伟
同意	放射科	段君
同意	装备科	杨朝阳