

郑州大学第二附属医院

单一来源采购论证意见表

采购项目名称:	郑州大学第二附属医院日立 64 排 CT 球管采购
采购单位:	放射科 CT 室
论证时间:	2021 年 10 月 22 日星期五
论证地点:	经八路 29 号建设科技大厦行政楼六楼会议室
一、单一来源采购情况说明	
1. 1 拟采购货物或服务说明:	
郑州大学第二附属医院放射科 CT 室日立 64 排 CT 球管的散热器和球管均发生故障, 经专业工程师检测, 球管散热器和球管损坏, 需更换日立 64 排 CT 球管散热器和球管壹套。	
1. 2 单一来源原因及相关说明:	
球管组件属于 CT 设备的最核心部件, 不是单独存在就可以使用的设备, 必须通过国家食品药品监督管理局进行的球管组件与 CT 整机的匹配性测试检验, 才能保证使用更安全、高效且提供更佳的图像质量。现拟采购日立 64 排 CT 原装球管散热器及球管, 原因如下:	
1、日立原厂球管散热器及球管属于不可替代的专有技术和专利有效期内的产品;	
2、第三方球管散热器及球管无法提供与日立 64 排 CT 整机匹配性的检验报告;	
3、为保证给广大患者提供安全有效的诊疗服务, 保障医务工作者的安	

全，要求供应商提供日立 6 排 CT 原装进口球管散热器及球管；

4、上海清瑜医疗器械有限公司是日立 64 排 CT 球管散热器及球管的河南省唯一授权销售企业。

1.3 拟成交供应商名称、地址

供应商名称：	上海清瑜医疗器械有限公司
供应商地址：	上海市宝山区长建路 199 号 10 幢

单一来源论证委员会论证意见：

单一来源论证委员会对相关供应商因专利、专有技术等原因是否具有唯一性的具体论证意见。

郑州大学第二附属医院日立 64 排 CT 球管符合采购要求，经专家讨论，一致同意进行单一来源采购。

三、单一来源论证委员会成员签字：

同意或者不同意	科室	姓名
同意	医学装备科	杨朝阳
同意	医学影像科	尹卫斌
同意	医学影像科	孙小军
同意	医学影像科	王红波